

CONDICIONS PARTICULARS I TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI (Expedient 1/2019)

I. OBJECTE

Les presents condicions tenen per objecte la contractació del subministrament de material de laboratori per la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) que es relaciona en el mateix i en les condicions que expressament es senyalen.

L'objecte defineix bàsicament el detall del material, condicions de subministrament, el control sobre la qualitat del subministrament i la durada del contracte.

Les especificacions tècniques contingudes en aquestes condicions tenen la consideració d'exigències mínimes i no exclouen qualsevol altra necessària pel compliment dels fins del servei. Les marques detallades no són específiques sino una mostra del material que volem i les seves especificacions mínimes i, per tant, poden presentar-nos oferta d'altres marques sempre i quan compleixin totes les condicions tècniques de la marca i/o millorin les prestacions.

II. DETALL DE LES NECESSITATS

Tot el material descrit esdevé el total de necessitats i sense ser vinculant i sense compromís de compra del total d'unitats descrites, ISGlobal contractarà mitjançant comandes un o més articles al proveïdor que ofereixi el millor producte al millor preu. Aquestes comandes es faran al llarg del primer trimestre de l'any i es serviran durant el primer trimestre a la següent adreça:

Fundación Privada Instituto de Salud Global de Barcelona, ISGlobal

Laboratori de microbiologia - ESTACIÓ DE FRANÇA

Passeig de circumval·lació, s/n, 4art pis

08003 Barcelona

ISGlobal admetrà diferents models sempre que compleixin amb tots els requisits de les marques detallades admetent una millora d'aquests requisits. Tots els equips ofertats tindran la garantia mínima que ofereix el fabricant i mai podrà ser inferior a dos anys. Tots els preus inclouran el transport, instal·lació i posada en marxa dels equips a l'adreça a dalt indicada.

UNITATS	DESCRIPCIÓ
1	Sistema de purificació d'aigua Merck Elix Essential 5 + Milli-Q Reference + dipòsit 30L
1	Autoclau horitzontal característiques mínimes exigides igual o superior al model Systec D-45 (vegeu <i>Annex 2</i> per a especificacions tècniques, incloure

	compressor d'aire si és necessari per al funcionament de l'equip + cistella)
2	Ultracongelador -86°C vertical característiques mínimes exigides igual o superior al model Nuair Glacier 483L (inclou sonda de temperatura i sistema d'alerta/alarma + meitat amb racks)
1	Nevera per a laboratori característiques mínimes exigides iguals o superiors al model Liebherr MedilineLKv 3910 (sonda de temperatura inclosa)
1	Nevera/Congelador per a laboratori característiques mínimes exigides iguals o superiors al model Liebherr MedilineLCv 4010 (sonda de temperatura inclosa)
1	Centrífuga refrigerada de sobretaula característiques mínimes exigides iguals o superiors al model Eppendorf 5430 R digital amb rotor FA-45-30-11 (30 x 1.5/2mL)
1	Centrífuga refrigerada de sobretaula característiques mínimes exigides iguals o superiors al model Eppendorf 5804 R digital amb rotor A-4-44 (16 x 15mL/4 x 50mL)
1	Balança analítica característiques mínimes exigides iguals o superiors al model Adventurer AX224 OHAUS (calibració interna)
1	Agitador magnètic digital amb calefacció característiques mínimes exigides iguals o superiors al model CIMAREC + (placa ceràmica 18 x18)
1	Kit pHmetre característiques mínimes exigides iguals o superiors al model Mettler Toledo F20 FIVE EASY serie F20-Estándar (inclou elèctrode de pH)
1	Incubadora amb agitació orbital refrigerada característiques mínimes exigides iguals o superiors al model MaxQ 6000 refrigerat (inclou plataforma universal)
1	Màquina de rentat per a material de vidre de laboratori característiques mínimes exigides iguals o superiors al model Miele PG 8583 AE-WW-ADP-PD (ha d'incloure bomba per aigua desmineralitzada, cistella superior A101, cistella inferior d'injecció A150, cistella E105/1 + tapa A13 i mòdul d'injecció A301)

III. SOLVENCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

Per a la present contractació caldrà justificar el següent:

1. Una relació dels principals subministraments d'igual o similar naturalesa als que constitueixen l'objecte del present contracte efectuats en els darrers cinc anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els subministraments efectuats es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari.
2. Acreditar haver executat, durant l'any de major execució del període indicat, un import mínim (sense impostos) de volum de vendes de 1.200.000 Euros.
3. Garantia dels fabricants dels productes oferts i Certificats de qualitat del fabricant.

IV. LLIURAMENT

El lliurament de les comandes haurà d'anar acompanyat amb un albarà que especifiqui clarament el nostre número de comanda. La factura posterior caldrà que hi consti el número de la nostra comanda. No s'acceptarà cap mercaderia sense albarà ni sense número de comanda així com, no es validarà cap factura que no faci constar el nostre número de comanda.

V. PRESSUPOST, PREU I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi a cada comanda de compra, més el corresponent Impost sobre el Valor Afegit i es pagarà segons les condicions generals de compra de ISGlobal.

VI. PUBLICITAT

La present contractació es publicarà mitjançant anunci a la pàgina web: www.isglobal.org

VII. LLOC I DATA DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Les propostes econòmiques s'hauran de presentar al correu electrònic contrataciones@isglobal.org

El termini màxim per a la presentació de propostes finalitzarà el 30 de gener, a les 12h.

VIII. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable.

IX. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS

La contractació del subministrament de referència s'adjudicarà pel procediment previst a l'apartat VIII del Manual Contractació de l'entitat.

Des del dia de la publicació de l'anunci, les empreses interessades podran obtenir a través de l'apartat contractacions, a la pàgina web www.isglobal.org, la documentació necessària per preparar les seves propostes.

ANNEX 1

PROPOSTA ECONÒMICA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI

El Sr. [..], amb domicili a [..] carrer [..] núm. [..], assabentat de l'anunci publicat al Perfil del Contractant de la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona i de les condicions i requisits que s'exigeixen per al subministrament de material de laboratori, es compromet, en nom de l'empresa que representa, a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions, per la quantitat de [inserir oferta econòmica clarament en lletres i en números, amb IVA exclòs], per la qual es compromet el proponent al subministrament, transport i instal·lació dels equips que finalment confirmem mitjançant comanda en ferm, més la quantitat de [inserir import corresponent a l'IVA, en lletres i en números] euros per l'IVA, en cas que sigui procedent.

CONCEPTE	PRESSUPOST OFERTAT (IVA exclòs)	
Sistema de purificació d'aigua Merck Elix Essential 5 + Milli-Q Reference + dipòsit 30L	Preu unitari	
Autoclau horitzontal característiques mínimes exigides igual o superior al model Systec D-45L (esterilització de sòlids i líquids amb sistema d'assecat ràpid, incloure compressor d'aire si és necessari per al funcionament de l'equip + cistella)	Preu unitari	
Ultracongelador -86°C vertical característiques mínimes exigides igual o superior al model Nuaire Glacier 483L (incloure sonda de temperatura i sistema d'alerta/alarma + meitat amb racks)	Preu unitari	
Nevera per a laboratori característiques mínimes exigides iguals o superiors al model Liebherr MedilineLkV 3910 (sonda de temperatura inclosa)	Preu unitari	
Nevera/Congelador per a laboratori característiques mínimes exigides iguals o superiors al model Liebherr MedilineLCv 4010 (sonda de temperatura inclosa)	Preu unitari	
Centrífuga refrigerada de sobretaula característiques mínimes exigides iguals o superiors al model Eppendorf 5430 R digital amb rotor FA-45-30-11 (30 x 1.5/2mL)	Preu unitari	
Centrífuga refrigerada de sobretaula característiques mínimes exigides iguals o superiors al model Eppendorf 5804 R digital amb rotor A-4-44 (16 x 15mL/4 x 50mL)	Preu unitari	
Balança analítica característiques mínimes exigides iguals o superiors al model Adventurer AX224 OHAUS (calibració interna)	Preu unitari	
Agitador magnètic digital amb calefacció característiques mínimes exigides iguals o superiors al model CIMAREC + (placa ceràmica 18 x18)	Preu unitari	
Kit pHmetre característiques mínimes exigides iguals o superiors	Preu unitari	

al model Mettler Toledo F20 FIVE EASY serie F20-Estándar (incloure elèctrode de pH)		
Incubadora amb agitació orbital refrigerada característiques mínimes exigides iguals o superiors al model MaxQ 6000 refrigerat (incloure plataforma universal)	Preu unitari	
Màquina de rentat per a material de vidre de laboratori característiques mínimes exigides iguals o superiors al model Miele PG 8583 AE-WW-ADP-PD (ha d'incloure bomba per aigua desmineralitzada, cistella superior A101, cistella inferior d'injecció A150, cistella E105/1 + tapa A13 i mòdul d'injecció A301)	Preu unitari	

El pagament es realitzarà a 60 dies (cada dia 30), mitjançant transferència bancària a comptar des de la data de recepció de la factura que podrà lliurar-se mitjançant correu ordinari o bé per correu electrònic a compras@isglobal.org.

ANNEX 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AUTOCLAU SYSTEC D-45

Autoclave de sobremesa con capacidad mínima de 50 litros.
Autoclave con generador de vapor independiente, con presión de trabajo de 5 bar y 160°C.
Cámara autoclave cilíndrica sin elementos calefactores.
Sonda flexible para monitorización y control de la temperatura del producto.
Recipiente a presión fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión 1.4571 (V4A) AISI 316 Ti (aleación de titanio).
Rango de temperatura y presión de la cámara hasta un mínimo de 140°C 4 bares.
Equipo capaz de trabajar en contra-presión para la esterilización de recipientes cargados y herméticamente sellados. Presión alcanzable 4 bar.
Capacidad mínima de 5 recipiente de 2000 ml ISO Schott.
Impresora para documentación de proceso.
Rack interno con 4 bandejas extraíbles.
Aislante de espuma polimérica, sin lana de vidrio y sin emisión de partículas.
Sistema de enfriamiento rápido por camisa de agua y soporte presión.
Ventilador radial.
Indicador digital de presión y temperatura.
Conexión directa de agua para el generador de vapor y el sistema de enfriamiento, con alimentación automática, sin depósitos internos o externos.
Bomba de vacío con sistema de fraccionamiento de vacío regulable hasta 7 pulsos para extracción efectiva del aire en piezas con recovecos y material poroso.
Sistema de secado por camisa de calor.
Bloqueo térmico de la puerta conforme normativa TRB402 y DIN58946 parte 2.
Compresor y pres-control para trabajos hasta mínimo 8 bar.
Capacidad para almacenar programas de autoclavado prediseñados.
TEST FAT incluido.
Instalación y formación incluida.
Cumplimiento normativas 2004/108/CE; 2006/42/CE; 97/23/CE y 2006/95/CE
Servicio técnico propio con ubicación en Barcelona, certificado por ENAC en presión y temperatura.